



仕様	
型名	絶対 PL 量子収率測定装置 C9920-02 (浜松ホトニクス株式会社)
PL 計測波長範囲	300 nm ~ 950 nm
分光器光源	150 W Xe 光源
励起波長	250 nm ~ 800 nm
分光器測定波長 範囲	200 nm ~ 950 nm
付属品	石英セル (固体測定用、液体測定用)